

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(21.02.2022)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgi/ Sabit Açıklama Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8660601	Aspergillus fumigatus antikorunu					X					
2	C8636170	Soluble CD25 Düzeyi		X								
3	C8352022	TNF-Alfa					X					
4	C8499923	Anti-İnflximab Antikorunu					X	X				
5	C8780235	DMSA Ağır Metal Tarama Testi (Kurşun, Civa)						X				
6	C8524002	ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease)		X			X					

1	<b>Aspergillus fumigatus Antikoru</b> Test Kodu : <b>8660601</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İHA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
	Referans Aralıkları			
	Özel Değerler			
Açıklama	Alt Değer		Birim	
NEGATİF	<1/160		Titre	
POZİTİF	1/160		Titre	

2	<b>Soluble CD25 Düzeyi</b> Test Kodu : <b>8636170</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>LİA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	2mL	<0°C	

3	<b>TNF-Alpha</b> Test Kodu : <b>8352022</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>CYTOMETRİC BEAD ARRAY (CBA)</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C
	Ek Bilgiler			
	Referans Aralıkları			
Normal Değerler				
Alt Değer		Birim		
<12.2		pg/mL		

4	<b>Anti-İnfliximab Antikoru</b> Test Kodu : <b>8499923</b> - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra</b>								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>3mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	3mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Serum	Jelli Tüp	3mL	2-8°C						
<table><thead><tr><th>Test Adı</th><th>Sonuç</th><th>Birim</th><th>Referans Değer</th></tr></thead><tbody><tr><td>Anti-İnfliximab Antikoru</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p><i>Mevcut çalışmalar, infliximab'a karşı antikor titresinin yüksekliğini gösteren geçerli bir eşik değeri (cut-off) göstermemektedir. Ölçülebilir bir antikor titresini ilaç antikorlarının gelişimini gösterir.</i></p>	Test Adı	Sonuç	Birim	Referans Değer	Anti-İnfliximab Antikoru				
Test Adı	Sonuç	Birim	Referans Değer						
Anti-İnfliximab Antikoru									

5	<b>DMSA Ağır Metal Tarama Testi (Kurşun, Civa)</b> Test Kodu : <b>8780235</b> - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : <b>ICP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spot idrar ve 4 saatlik idrar</td><td>Plastik Kap</td><td>5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Spot idrar ve 4 saatlik idrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Spot idrar ve 4 saatlik idrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C						
<b>Ek Bilgiler</b>  <b>Spot idrar ve 4 saatlik idrar</b> DMSA öncesi alınan spot idrarda ve DMSA sonrası toplanan 4 saatlik idrarda atılan civa ve kurşun değerleri ölçülerek kişinin ağır metal yükü hakkında bilgi sağlanır.									

## ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease)

Test Kodu : 8524002 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : ELİSA - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	4mL	<0°C

Birim	Test Id	Kod	Test Adı	Onaylayan			
	22326	70001069	ADAM TS 13 Aktivite				
MRK	C	Min Yaş	Max Yaş	Alt	Üst	Birim	Özel Normal
MRK		YIL	YIL	0.4	1.31	IU/mL	
	22327	70001070	ADAM TS 13 Antijen				
MRK	C	Min Yaş	Max Yaş	Alt	Üst	Birim	Özel Normal
MRK		YIL	YIL	0.41	1.41	IU/mL	
	22328	70001071	ADAM TS 13 İnhibitör Test				
MRK	C	Min Yaş	Max Yaş	Alt	Üst	Birim	Özel Normal
MRK		YIL	YIL	<12		U/mL	NEGATİF
MRK		YIL	YIL		>15	U/mL	POZİTİF
MRK		YIL	YIL	12	15	U/mL	SINIR DEĞER