

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(27.12.2022)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8616011	Kompleman C1q		X			X					
2	C8301842	Gümüş / Kreatinin Oranı							X			
3	C8301843	Berilyum / Kreatinin Oranı							X			
4	C8660901	Chlamydia pneumoniae Antikoru, IgA										X
5	C8557602	Trombosit Fonksiyon Testleri					X					

1	Kompleman C1q Test Kodu : 8616011 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : NEFELOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
	Ek Bilgiler			
	Referans Aralıkları			
	Normal Değerler			
Alt Değer	Üst Değer	Birim		
14,6	32,2	mg/dL		

2	Gümüş / Kreatinin Oranı Test Kodu : 8301842 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C
	Ek Bilgiler			
Spot İdrar Örnek ışıktan korunmalıdır.				

3	Berilyum / Kreatinin Oranı Test Kodu : 8301843 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

5

Trombosit Fonksiyon Testleri

Test Kodu : **8557602** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **LTA** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (Sitrat)	Sitrat-Mavi Kapak	4mL	18-24°C